

お客様各位

共和医理科株式会社

横浜市中区末吉町 3-51

TEL : 045-261-1719

FAX : 045-261-1770

『KS-140N 用洗浄カゴ』仕様変更のご案内

この度、超音波洗浄器 KS-140N に付属の洗浄カゴの形状・寸法を変更致しました。


従来の吊り下げ仕様から直置き（ゴム足）仕様になります。

これに伴い、幅と奥行の寸法が5mmと10mm従来よりも狭くなります。（深さは変わらず）

別売品としてもお買い求め頂けますようご用意致しましたので買増し・買替をご検討願います。

※従来の吊り下げ仕様ではフタを乗せた場合、吊り下げ取っ手がありフタが密着できない為の仕様変更です。

KS-140N洗浄カゴ 改定後寸法



変更内容 ※印が変更後寸法

①カゴ寸法 250 x 115 x 60H ⇒ 245 x 105 x 60H

②取手寸法 幅40 ⇒ 60

*底板：パンチングメタル仕様（穴径2ミリ、穴ピッチ3ミリ）

希望小売価格 ¥5,000.

* 貴社お渡し価格に関しましてはお取引先業者にご確認下さい。

